



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLSC 84/2023 "MANTENIMIENTO A TANQUE TERAPÉUTICO" (1ra. Vuelta)**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 17 de octubre de 2023 (dos mil veintitrés), en la Unidad Centralizada de Compras, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 84/2023 "MANTENIMIENTO A TANQUE TERAPÉUTICO" (1ra. Vuelta), ante la presencia del LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO - DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS Y LA MTRA. MARÍA DEL CONSUELO ROBLES SIERRA, DIRECTORA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE.

<b>LICITANTE:</b> <b>TLM Servicios Biomédicos y Robóticos, S.A. de C.V.</b>	<b>REPRESENTANTE:</b> <b>C. Aida Murillo Peralta</b>
--	---

**TLM Servicios Biomédicos y Robóticos, S.A. de C.V**

1.- Recientemente mi empresa fue adjudicada en un proceso de licitación y se nos otorgó un número de proveedor ante el IMSS. Con el mismo, solicitamos a la unidad compradora nuestro registro al RUPC ya que a la fecha los contratos a pesar de ya estar afianzados, no han sido firmados por la unidad compradora.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la convocante nos permita presentar dentro de nuestra propuesta, la carta de solicitud a la unidad compradora antes mencionada acompañada con una carta por parte de mi representada en la que mi representada se comprometa a que, en cuanto tengamos el RUPC emitido en la página de CompraNet, le será enviado oportunamente al DIF Jalisco

**R.- Si se acepta su propuesta.**

2.- Con la finalidad de cumplir con el punto 7, inciso j) y en virtud de que actualmente la página del IMSS solamente expide constancias de cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social con una vigencia de solamente 24 horas, atentamente solicitamos a la convocante nos permita entregar la opinión de cumplimiento del IMSS con uno o dos días anteriores a la presentación de la propuesta ¿Se acepta? Favor de considerar

**R.- Si se acepta su propuesta.**

**3.- ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA**

Solicitamos atentamente a la convocante nos oriente que se debe anotar en la columna denominada "Entregables" en el presente formato. Favor de aclarar

**R.- La columna de entregables es para los valores agregados del producto o servicio, si no existiese ninguno, esta columna se puede suprimir o dejar en blanco**

4.- ANEXO A, apartado denominado "Modulo Controlador de Sistemas y funciones del tanque" dice. Reemplazo de tablero TPOOL. Entendemos que el Instituto cuneta con un tablero TPOOL el cual solo requiere reparación para el buen funcionamiento del tanque lo que permite ofertar un mejor precio para la Convocante si afectar costos ni la funcionalidad y desempeño del tablero ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar

**R.- Si en dicho apartado se requiere reparación de tablero TPOOL.**

5.-ANEXO A dice Sistema de Filtración Entendemos que al reemplazar los filtros estos deberán ser entregados a la convocante ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar

**R.- Si es correcta la apreciación.**

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLSC 84/2023 "MANTENIMIENTO A TANQUE TERAPÉUTICO" (1ra. Vuelta)**

6.-ANEXO A Sistema de Hidromasaje. Entendemos que el cambio de empaques del liner solo se realizará en el reemplazo de hidrojets dañados ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.

**R.- Si es correcta, se requiere se realice en los hidrojets dañados**

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.



**LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



**MTRA. MARÍA DEL CONSUELO ROBLES SIERRA**  
DIRECTORA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
ÁREA REQUERENTE