



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 07/2025 "ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS DIGITALES" (1ra. Vuelta)**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 03 de marzo del 2025 dos mil veinticinco, en la Unidad Centralizada de Compras, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 07/2025 "ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS DIGITALES" (1ra. Vuelta), ante la presencia de la **C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR- DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS Y LA MTRA. MARÍA DOLORES BUENROSTRO BERMUDEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE.**

LICITANTE: DONSAN IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE: ROMAN RAMIREZ MEDINA
---	---

DONSAN IMPORTADORA, S.A. DE C.V.

1. ¿De acuerdo al punto 4.3.1, inciso "a" apartado II "Propuesta económica USB" menciona que, "Preferentemente se deberá agregar una USB con la propuesta económica en formato Excel. Esto se entiende a que NO es obligatorio. ¿Es correcto que NO es obligatorio o es obligatorio el anexar USB para que no sea desecha la propuesta?

R.- Si es obligatorio presentar una USB con el anexo 5 (propuesta económica) en formato Excel. Si no será motivo de descalificación.

2. ¿En el Anexo 1 (Técnico) en Descripción, menciona "24 electrodos cromados" ¿Podría especificar más claramente a que se refieren estos 24 electrodos?

R. Son las mediciones precisas que debe tener la báscula para cumplir con los requisitos.

3. ¿En el Anexo 1 (Técnico) menciona que la alimentación de la báscula debe ser por baterías ¿Puede especificar si es batería recargable a conexión de 110V o batería alcalina?

R. Es de acuerdo a cada tipo de bascula.

4. En el Anexo 1 (Técnico) menciona sobre "Identificación automática del paciente", este apartado se realiza a través de una conexión vía Bluetooth teléfono inteligente-bascula, a través de una aplicación de la marca de la báscula, sin embargo, la identificación del paciente se realiza de manera personal. ¿puede ser válido esta aplicación para la participación de la licitación?

R. No, la identificación es manual introduciendo la información en la misma.

5.- En el Anexo 1 (Técnico) no menciona algún color en específico, material de fabricación de la báscula. ¿este es irrelevante?

R. Blanca, material resistente.

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

4 NDBS 1



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 07/2025 "ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS DIGITALES" (1ra. Vuelta)**

Dando por terminada la junta y firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

MTRA. MARÍA DOLORES BUENROSTRO BERMUDEZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ÁREA REQUERENTE