



FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITE LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a el 03 a (tres) días del mes de septiembre del año 2026, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN", (2da. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 21 de agosto de 2026, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN. (2da.vuelta).**

2.- El día 26 del mes de agosto del año 2026, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar – Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Mtra. Karla Erika Zaragoza Meza – Jefa de Centros de Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitante.

3.- Con fecha 01 de septiembre del año 2026 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

- 1.- POWER MED DE MEXICO S.A. DE C.V.
- 2.- GRUPO TRIFOSA -LEMUEL S.A. DE C.V.

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Mtra. Mtra. Karla Erika Zaragoza Meza – Jefa de Centros de Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios, así mismo suscrito por la C. Narda Renata Torres Quintanar – Directora de Recursos Materiales fungiendo como Titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta)



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Aaron Armando Gámez Sepúlveda, Representante de la Secretaría de Administración, e Integrante del Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta).

RESULTANDO

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			POWER MED MEXICO S.A. DE C.V.		GRUPO TRIFOSA -LEMIJEL S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL QUE INCLUYA: PODIZA ANUAL CORRECTIVA QUE CONTENGA: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y LOS SERVICIOS CORRECTIVOS NECESARIOS, SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CON LOS SIGUIENTES PASOS A REALIZAR: AJUSTE DEL CONTRAPESO DE BUCKY DE PARED, AJUSTE DE DISTANCIA ENTRE TUBO Y BUCKY DE MESA Y BUCKY DE PARED, REVISION Y AJUSTE DE CALIDAD DE IMAGEN DE FLAT PANEL, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, LIMPIEZA DE SENSORES, AJUSTE DE PERILLAS DE ABERTURA DE COLIMADOR, AJUSTE DE LA ALINEACION DE COLIMADOR, REVISION DE TARJETAS, FUSIBLES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA DE CACHE Y ARCHIVOS TEMPORALES EN CONSOLA DE ADQUISICION, REVISION DE RENDIMIENTO GENERAL DE CONSOLA Y SOFTWARE DE ADQUISICION, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSPECCION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO, AJUSTE DE CONECTORES DE CABLES DE ALTA TENSION EN EL TUBO Y GENERADOR, CALIBRACION TECNICA EN FLAT PANEL Y TUBO DE Rx (SI APLICA). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	X		X	
2	1	MANTENIMIENTO ANUAL DEL TANQUE TERAPEUTICO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, QUE INCLUYA: CAMBIO DE FILTRO PASILLO (TANQUE CHICO DE 18" DE DIAMETRO), INCLUYE ARENA E INSTALACION. REPARACION DE FUGA EN TANQUE PEDIATRICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS DE CALOR (UBICADAS EN AZOTEA, INCLUYE CARGA DE GAS), CAMBIO DE ARENA A LOS CUATRO TANQUES (3 TANQUES DE 18" Y 1 TANQUE DE 36" DE DIAMETRO). SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 VALVULAS DE PASO DE PVC DE 2" (POR FALLA DE SELLADO). MANTENIMIENTO GENERAL DE LAMPARAS Y CAMBIO DE 2 LAMPARAS (PREVENCION DE FALLA). MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACION DE TABLERO ELECTRICO Y ELECTRONICO (MANTENIMIENTO ANUAL). SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CHARQUERA METALICA DE 1 HP (UBICADA EN TRINCHERA, NECESARIA POR SERVICIO O INUNDACION). SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE HIDROMASAJE DE PASILLO (ACTUALMENTE NO ACTIVA). SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO LAMPARAS (INCLUYE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y FIJACION). MANTENIMIENTO DE CUATRO INTERCAMBIADORES (A CALENTADORES) ELECTRICOS. MANTENIMIENTO DE CUATRO INTERCAMBIADORES (A CALENTADORES) ELECTRICOS. MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO (INCLUYE CAMBIO DE 10 RELEVADORES PARA	X		X	
3	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROMIOGRAFO, MARCA NATUS, MODELO VIKING QUEST, SERIE TA181220M, QUE INCLUYA DESARME GENERAL, REPARACION DE CANAL 1 EN AMPLIFICADOR DE 4 CANALES, LIMPIEZA EXTERNA DE: PC, CARRO DE TRANSPORTE, TECLADO, MOUSE, PEDAL, CONSOLA, PUNTA DE ESTIMULACION, AUDIFONOS, GOGGLES Y BRAZO DE AMPLIFICADOR, LIMPIEZA INTERNA DE CPU EN TARJETAS ELECTRONICAS, VENTILADOR Y CABLEADO, LIMPIEZA INTERNA DE AMPLIFICADOR, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y PRUEBAS EN GENERAL DEL EQUIPO. QUE INCLUYA EL CAMBIO DE LOS CONSUMIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO: 2 PIEZAS DE BIPOLAR DISC, 39" LEAD/ELECTRODO DE BARRA, 2 PIEZAS DE REUSABLE DISC GROUND ELECTRODE 30" LEAD/ELECTRODO DE TIERRA, 2 PIEZAS STAINLESS STEEL DISC ELECTRODES TWISTED LEADS/ELECTRODOS DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE DERIVACIONES TRENZADAS DE 1M, 2 PIEZAS DIGITAL RING ELECTRODE, 36" LEAD/ELECTRODO DE ANILLO DIGITAL, DERIVACIONES DE 1M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	X		X	
4	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CÁMARA SENSORIAL, QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: DESCARGAR EL TUBO DE BURBUJAS SENSORIAL, REPARACIÓN DE LA FISURA Y VOLVER A LLENAR EL TUBO CON AGUA DESTILADA Y LA TEMPERATURA CORRECTA PARA NO DAÑAR LOS SENSORES, CAMBIAR LOS SENSORES DE LA ALBERCA DE PELOTAS, CAMBIAR LA CONEXIÓN DE TECLADO, CAMBIAR EL REGULADOR PAR EL ENCENDIDO DEL TECLADO, GARANTÍA MINIMA DE 12 MESES.	X		X	

LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta)



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS ECONOMICOS			LICITANTES			
			POWER MED MEXICO S.A. DE C.V.		GRUPO TRIFOSA - LEMUEL S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL QUE INCLUYA: POLIZA ANUAL CORRECTIVA QUE CONTENGA 1 SERVICIO PREVENTIVO Y LOS SERVICIOS CORRECTIVOS NECESARIOS. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CON LOS SIGUIENTES PASOS A REALIZAR: AJUSTE DEL CONTRAPEZO DE BUCKY DE PARED, AJUSTE DE DISTANCIA ENTRE TUBO Y BUCKY DE MESA Y BUCKY DE PARED, REVISION Y AJUSTE DE CALIDAD DE IMAGEN DE FLAT PANEL, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, LIMPIEZA DE SENSORES, AJUSTE DE PERILLAS DE ABERTURA DE COLIMADOR, AJUSTE DE LA ALINEACION DE COLIMADOR, REVISION DE TARJETAS, FUSIBLES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA DE CACHE Y ARCHIVOS TEMPORALES EN CONSOLA DE ADQUISICION, REVISION DE RENDIMIENTO GENERAL DE CONSOLA Y SOFTWARE DE ADQUISICION, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSPECCION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO, AJUSTE DE CONECTORES DE CABLES DE ALTA TENSION EN EL TUBO Y GENERADOR, CALIBRACION TECNICA EN FLAT PANEL Y TUBO DE R _x (SI APLICA). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	72,889.00	72,889.00	74,597.00	74,597.00
2	1	MANTENIMIENTO ANUAL DEL TANQUE TERAPEUTICO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, QUE INCLUYA: CAMBIO DE FILTRO PASILLO (TANQUE CHICO DE 18" DE DIAMETRO), INCLUYE ARENA E INSTALACION, REPARACION DE FUGA EN TANQUE PEDIATRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS DE CALOR (UBICADAS EN AZOTEA, INCLUYE CARGA DE GAS), CAMBIO DE ARENA A LOS CUATRO TANQUES (3 TANQUES DE 18" Y 1 TANQUE DE 36" DE DIAMETRO), SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 VALVULAS DE PASO DE PVC DE 2" (POR FALLA DE SELLADO), MANTENIMIENTO GENERAL DE LAMPARAS Y CAMBIO DE 2 LAMPARAS (PREVENCIÓN DE FALLA), MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACION DE TABLERO ELECTRONICO Y ELECTRONICO (MANTENIMIENTO ANUAL), SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CHARQUERA METALICA DE 1 HP (UBICADA EN TRINCHERA, NECESARIA POR SERVICIO O INUNDACION), SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE HIDROMASAJE DE PASILLO (ACTUALMENTE NO ACTIVA), SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO LAMPARAS (INCLUYE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y FIJACION), MANTENIMIENTO DE CUATRO INTERCAMBIADORES (A CALENTADORES) ELECTRICOS, MANTENIMIENTO DE CUATRO INTERCAMBIADORES (A CALENTADORES) ELECTRICOS, MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRONICO (INCLUYE CAMBIO DE 10 RELEVADORES PARA	319,165.00	319,165.00	326,348.50	326,348.50
3	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROMIOGRAFO, MARCA NATUS, MODELO VIKING QUEST, SERIE TA181220M, QUE INCLUYA DESARME GENERAL, REPARACION DE CANAL 1 EN AMPLIFICADOR DE 4 CANALES, LIMPIEZA EXTERNA DE: PC, CARRO DE TRANSPORTE, TECLADO, MOUSE, PEDAL, CONSOLA, PUNTA DE ESTIMULACION, AUDIFONOS, GOGGLES Y BRAZO DE AMPLIFICADOR, LIMPIEZA INTERNA DE CPU EN TARJETAS ELECTRONICAS, VENTILADOR Y CABLEADO, LIMPIEZA INTERNA DE AMPLIFICADOR, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y PRUEBAS EN GENERAL DEL EQUIPO, QUE INCLUYA EL CAMBIO DE LOS CONSUMIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO: 2 PIEZAS DE BIPOLAR DISC, 36" LEAD/ELECTRODO DE BARRA, 2 PIEZAS DE REUSABLE DISC GROUND ELECTRODE, 30" LEAD/ELECTRODO DE TIERRA, 2 PIEZAS STAINLESS STEEL DISC ELECTRODES TWISTED LEADS/ELECTRODOS DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DERIVACIONES TRENZADAS DE 1M, 2 PIEZAS DIGITAL RING ELECTRODE, 36" LEAD/ELECTRODO DE ANILLO DIGITAL, DERIVACIONES DE 1M, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	107,500.00	107,500.00	110,980.00	110,980.00
4	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMARA SENSORIAL, QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: DESCARGAR EL TUBO DE BURBUJAS SENSORIAL, REPARACION DE LA FISURA Y VOLVER A LLENAR EL TUBO CON AGUA DESTILADA Y LA TEMPERATURA CORRECTA PARA NO DAÑAR LOS SENSORES, CAMBIAR LOS SENSORES DE LA ALBERCA DE PELOTAS, CAMBIAR LA CONEXION DE TECLADO, CAMBIAR EL REGULADOR PAR EL ENCENDIDO DEL TECLADO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	42,500.00	42,500.00	44,050.50	44,050.50
Monto cotizado			SUBTOTAL	542,054.00	SUBTOTAL	555,976.00
			IVA	86,728.64	IVA	88,956.16
			TOTAL	628,782.64	TOTAL	644,932.16
Monto adjudicado			SUBTOTAL	542,054.00	SUBTOTAL	0.00
			IVA	86,728.64	IVA	0.00
			TOTAL	628,782.64	TOTAL	0.00

LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta)



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800



Handwritten signature and initials



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		POWER MED MEXICO S.A. DE C.V.		GRUPO TRIFOSA-LEMUEL S.A. DE C.V.	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X	
2	ANEXO 3 - Índice de la Proposición	X		X	
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X	
4	ANEXO 5 - Propuesta Económica	X		X	
4.1	USB	X		X	
5	ANEXO 6 - Declaraciones del Licitante	X		X	
6	ANEXO 7 - Declaración de Estratificación	X		X	
7	ANEXO 8 - Aportación 5 al Millar	X		X	
8	ANEXO 9 - Formato de Muestras Físicas	NO APLICA		NO APLICA	
9	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio	X		X	
10	Constancia de Visita de Campo (<i>NO APLICA</i>).	NO APLICA		NO APLICA	
11	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de	X		X	
12	seguridad social (Ante el IMSS)	X		X	
13	Acuse de obligaciones en materia de seguridad social conforme al acuerdo emitido por el consejo técnico publicado en el diario oficial de la federación el 22 de septiembre de 2022	X		X	
14	Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (ante INFONAVIT)	X		X	
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	X		X	
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X	
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	X		X	
18	1 Año de experiencia con al menos 1 año de contrato	X		X	
19	garantía mínima de 12 meses	X		X	
20	ISO 9001:2015 / NM-CC-9001-IMNC-2015	X		X	

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA REHABILITACIÓN "(2da. Vuelta)**, se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **POWER MED DE MEXICO S.A. DE C.V.** Hasta por un monto de \$ **628,782.64 (seiscientos veintiocho mil setecientos ochenta y dos pesos 64/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 69 de La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDA.- Al el Licitante **GRUPO TRIFOSA-LEMUEL S.A. DE C.V.** que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado. Además, en el **punto 5.4.1 inciso LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta)**



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800






técnico) toda vez que no manifestó en su propuesta técnica que contaba con personal autorizado y certificado para asegurar el funcionamiento óptimo y cumplir con normas regulatorias y de seguridad.

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.1.4 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 9 de la convocatoria.

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.


SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:20hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



MTRA. KARLA ERIKA ZARAGOZA MEZA
JEFA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A GRUPOS PRIORITARIOS
ÁREA REQUIRENTE



LIC. AARON ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, E
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

LPLSC-31/2026 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREA DE REHABILITACIÓN" (2da. Vuelta)