

LPLO-
Joli

Av. Alcalde # 1831, Col. Miraflores,
C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (0133) 30 30 47 70

Memorando No. DAPD/263/2022
Guadalajara, Jalisco, a 20 de Julio de 2022

Lic. Cecilia Edith Ramírez Chanón
Jefa del Departamento de Compras

Asunto: Solicitud de Proceso de Compras

Por medio del presente y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 13, numerales 2 y 4; y 57 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco); y 56 del Reglamento de ese mismo ordenamiento legal, solicito a usted llevar a compra el proceso de licitación que corresponda para la adquisición de:

COMPRA DE KIT'S DE PROTESIS

Para lo cual, a efecto de cumplir los requisitos establecidos en la circular JDC/001/2021 de fecha 20 de julio del año antes mencionado y las demás disposiciones legales correspondientes adjunto al presente estudio de mercado, tres cotizaciones con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, los formatos **CPAREQ-2022-07- 00046** la justificación de suficiencia presupuestal para las compras, **588263**

Asimismo, informo bajo protesta de decir verdad, que no existen bienes o servicios con características similares a los solicitados que pudieran sustituirlos a un costo menor, en relación a las cotizaciones que se presentan, así también que la información proporcionada en el presente, así como la contenida en Investigación de Mercado y en las cotizaciones que la integran, fueron debidamente validadas por el la Mtra. María del Consuelo Robles Sierra por lo que asumo la responsabilidad de la veracidad de las mismas.

En espera de su amable atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente

"2021 AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"

Mtra. María del Consuelo Robles Sierra
Directora de Atención de Personas con Discapacidad



Ing. Juan Carlos Martín Mancilla. Director General. Para su conocimiento.
Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado. Subdirector General Administrativo. Para su conocimiento.
Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio. Director de Recursos Materiales. Para su conocimiento.

AHG



27 JUL. 2022
RECIBIDO
13:15



Sistema DIF Jalisco
LIBRO DE DIARIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	08:19:43
FECHA	20/07/2022
EVENTO	588263




FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)
						NOMBRE	CÓDIGO		DEBE HABER

20/07/2022	588263	1	CPAREQ-2022-07-00046			PROTESIS			
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			
						.8.2.4.E.358.358A1.4413.00.14.41281C.00414.1.20.15			
						0.A.036.07			515,749.46
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			
						.8.2.4.E.358.358A1.4413.00.14.41281C.00414.1.20.15			
						0.A.036.07			515,749.46

20/07/2022	588263	2	CPAREQ-2022-07-00046			PROTESIS			
						8.2.8.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			
						.8.2.4.E.358.358A1.4413.00.14.41281C.00414.1.20.15			
						0.A.036.07			467,654.00
						8.2.9.2022.29.02.012.2.1.1.2.1.1.045.00250.3030.2.6			
						.8.2.4.E.358.358A1.4413.00.14.41281C.00414.1.20.15			
						0.A.036.07			467,654.00



TOTAL									983,403.46	983,403.46
SUBTOTAL									983,403.46	983,403.46



Av. Alcalde # 1831, Col. Miraflores,
C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (0133) 30 30 47 70


Guadalajara, Jalisco, a 13 de Julio de 2022

Anexo técnico

Prótesis debajo de rodilla:

Liner de silicón de 3mm de espesor con matriz de 10cm y cojín distal interno de 14.3mm, cuenta con sistema de pin, material hipoalergénico adecuado para pacientes diabéticos y no diabéticos, cubierta textil Girbaud viene especialmente reforzado para soportar la fricción y con esto tener mayor duración. Lanzadera de bajo perfil (29mm), el peso total del sistema es de 163g, está fabricada en aluminio aeroespacial de alta resistencia y soportan hasta 100kg, este dispositivo incluye el plato de laminación con su dummy y la pirámide macho. Adaptador a tubo de 30 mm de diámetro en aluminio aeroespacial que cuenta con un desplazador integrado para ayuda de alineación anteroposterior y medio-lateral según sea la necesidad del usuario. Tubo corto de 220mm para prótesis TT de aluminio aeroespacial con diámetro de 30mm que cuenta con un desplazador integrado para ayuda de alineación anteroposterior y medio-lateral según sea la necesidad del usuario. Pie de fibra de carbono de bajo perfil (80mm) de dos láminas con dedo dividido, soporta hasta 100kg, nivel de actividad K1 a K3, cuenta con cuñas de goma para variar la amortiguación según la necesidad del paciente, usa una funda para pie de material anti-derrapante tipo EVA que soporta la corrosión, cuenta con dedo dividido y tiene una cápsula superior que se ensambla al tubo y se sella en la parte superior de la funda de manera hermética para evitar el paso de agua, polvo, tierra, lodo o cualquier otro elemento que dañe la estructura interna del pie.

El peso del pie con todo y funda es de 660g, cuenta con longitud de quilla completa (talón a punta). Incluye calceta de colocación y protección.



Av. Alcalde # 1831, Col. Miraflores,
C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (0133) 30 30 47 70

Prótesis arriba de rodilla:

Válvula de expulsión con domo de laminación y llave de fácil retirado para paciente. Adaptador a socket rotativo hembra de tres patas, fabricados en acero inoxidable. Rodilla policéntrica mecánica con freno a la carga, hecha en aluminio aeroespacial de alta resistencia para actividad K1 y K2, soporta hasta 136kg, cuenta bloqueo geométrico para mayor seguridad, ajuste de fricción para fase de balanceo, rango de flexión de hasta 160°. Tubo de aluminio de alta resistencia con adaptador de acero de 30mm de diámetro y 30cm de largo, con receptor pirámide. Pie fibra de carbono de alto perfil de 125mm ya con la funda, tiene asistencia de progresión tibial suave para protección del muñón diabético, cuenta con talón de goma para mayor amortiguación, nivel de actividad K1 y K2 y soporta hasta 136kg de peso, cuenta con longitud de quilla completa (talón a punta) para mejorar la biomecánica de la marcha. Incluye calceta de colocación y protección.

Cuenta con funda cosmética de material anti-derrapante tipo EVA que soporta la corrosión. Bolsa de fácil colocación para prótesis.

Atentamente



Mtra. María del Consuelo Robles Sierra
Directora de Atención de Personas con Discapacidad